



MOTOEXPERT

RZECZOSNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-2000/25

z dnia **07.10.2025r.**

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zlecniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 26.09.2025r.

Przedmiot wyceny: Kompresor stomatologiczny EKOM DK50 2VS/M

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

PODSTAWA OPINII:

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem urządzenia.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 22.09.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość urządzenia określono na podstawie informacji cenowej zamieszczonej na witrynie internetowej przedstawiciela producenta.
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki (wklejki) znamionowej urządzenia oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

Dane identyfikacyjne urządzenia:

Rodzaj	Kompresor stomatologiczny
Marka, model	EKOM DK50 2VS/M
Rok produkcji	2020*
Numer seryjny	S6811-03-2021
Producent	EKOM spol. s r.o., Priemyselná 5031/18, SK-921 01 Piešťany Słowacja

*rok produkcji podano w oparciu o przedstawioną przez Zlecniodawcę pierwotną fakturę zakupową

Zasilanie i parametry elektryczne:

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1,1 kW, 1,2 kW (3×400/50)
Pobór prądu	8,6 A

Parametry pracy kompresora:

Maksymalne ciśnienie	7 bar
Wydajność na wylocie	108 l/min
Wydajność przy ciśnieniu 6 bar	108 l/min
Wydajność przy ciśnieniu 8 bar	87 l/min
Pojemność zbiornika powietrza	25 l
Tryb eksploatacji	S1-100%

Pozostałe cechy:

Typ	bezolejowy
Zastosowanie	do zasilania dwóch jednostek (zestawów dentystycznych)
Głośność	≤55 dB [A]
Stopień suszenia powietrza	punkt rosy -20°C
Masa	98 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	560 × 675 × 877 mm

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono kompresor stomatologiczny EKOM DK50 2VS/M o w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzony w działaniu.

Wizualny stan techniczny urządzenia – dobry, bez widocznych braków oraz znacznych uszkodzeń mechanicznych. Obudowy urządzenia koloru białego, porysowane, miejscowo zabrudzone.

Dokumentacja techniczna (w tym instrukcja obsługi, deklaracja zgodności, dokumentacja serwisowa) nie została przedstawiona do oględzin.

Rok produkcji podano w oparciu o przedstawioną przez Zleceniodawcę pierwotną fakturę zakupową. Na fabrycznej tabliczce znamionowej (wklejce) brak oznaczeń dotyczących roku produkcji. Oznaczenie CE zlokalizowano.

Podczas oględzin urządzenie niepodłączone do zasilania – brak możliwości dokonania próby ruchowej.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności przedmiotu wyceny w warunkach serwisowych.

Zastosowanie:

Kompresor EKOM DK50 2VS/M jest bezolejowym, ciśnieniowym urządzeniem służącym do produkcji i dostarczania czystego, sprężonego powietrza do zasilania aparatury.

Służy on przede wszystkim do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Dzięki swoim parametrom i pojemności zbiornika 25 litrów, nadaje się do zasilania dwóch unitów stomatologicznych lub urządzeń wykorzystywanych w laboratoriach dentystycznych.

Powietrze sprężane przez te urządzenia zapewnia poziom higieny oraz nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA

