



# MOTOEXPERT

## RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl  
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4  
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25  
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

### OPINIA

Nr **DAW-2555/25**

z dnia **31.12.2025r.**

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/25  
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zleceniodawca: IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 212A kod: 02-486 Warszawa

Zlecenie: e-mail z dnia: 04.12.2025r.

Przedmiot wyceny: Platforma laserowa Nd:YAG Q-MASTER PLUS

Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

### PODSTAWA OPINII:

#### Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem urządzenia.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 09.12.2025r. na terenie magazynu depozytowego firmy FAMAT Sp. z o. o. ul. Metalowa 10 05-600 Słomczyn.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość przedmiotu określono na podstawie przedstawionej faktury zakupowej nr FS-780/20 z dnia 10.07.2020r. oraz wyspecjalizowanych witryn internetowych.
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej urządzenia oraz witryny internetowej przedstawiciela producenta.

### Dane identyfikacyjne urządzenia:

|               |   |
|---------------|---|
| Rodzaj        | Platforma laserowa Nd:YAG   |
| Marka, model  | <b>AMI Inc. Q-MASTER PLUS</b>   |
| Numer seryjny | <b>AQMK20060019</b>   |
| Rok produkcji | <b>2020</b>   |
| Typ lasera    | Nd:YAG (Neodymowo-Yagowy)   |
| Waga          | 105 kg  |
| Producent     | AMI Inc Rm. SJ Techno Ville, 278,<br>Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul,<br>Korea |

### Zastosowanie:

System laserowy Q-MASTER PLUS jest przeznaczony do precyzyjnego usuwania barwników, zamykania naczyń oraz termicznej regeneracji tkanek w celu wykonywania zabiegów z zakresu dermatologii, medycyny estetycznej i podologii.

## Dane techniczne:

### Laser:

|              |  |
|--------------|--|
| Źródło       | Nd:YAG   |
| Długość fali | 532 nm, 585 nm, 595 nm,<br>650 nm, 660 nm, 1064 nm |
| Repetycja    | 1-10 Hz (1 Hz long pulse)                          |
| Roz. Plamki  | 2-15 mm (532 nm, 1064 nm)<br>2 mm (585 nm, 650 nm) |
| Ekran        | kolorowy, dotykowy 10,2”                           |

### Energia:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 532 nm                | 50-500 mJ   |
| 1064 nm (single)      | 100-1000 mJ |
| 1064 nm (PTP)         | 100-1800 mJ |
| 1064 nm (tryb główny) | 100-4500 mJ |
| 1064 nm (long pulse)  | 1-50 J      |
| 585 nm                | 50-250 mJ   |
| 650 nm (long pulse)   | 50-150 mJ   |

### Charakterystyka impulsów:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 532 nm, 1064 nm       | 5-6 ns  |
| 1064 nm (tryb główny) | 330 us  |
| 1064 nm (long pulse)  | 5-30 ms |

### W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono platformę laserowa Nd:YAG Q-MASTER PLUS o w/w danych identyfikacyjnych, niesprawdzoną w działaniu. Wizualny stan techniczny urządzenia – dobry. Obudowy koloru białego z niewielkimi śladami eksploatacyjnych uszkodzeń eksploatacyjnych (zarysowania, zabrudzenia). Do oględzin nie przedstawiono dokumentacji technicznej (instrukcji obsługi, deklaracji zgodności, dokumentacji serwisowej, paszportu technicznego itp.). Rok produkcji określono na podstawie fabrycznej tabliczki (wklejki) znamionowej. Oznaczenie CE zlokalizowano.

Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności urządzenia w warunkach oględzin. Podczas oględzin urządzenie niepodłączone do zasilania możliwości dokonania próby ruchowej oraz weryfikacji działania.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności urządzenia w warunkach serwisowych.

### Zastrzeżenia ograniczające:

*Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.*

*Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.*

*Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.*

*Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.*

*Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.*

*Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.*

*Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.*

*Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.*

*Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.*

*Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.*

*Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.*

*Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.*

*Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.*

*Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.*

*Na tym wycenę zakończono.*

*Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.*

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

**RZECZOZNAWCA**









