

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	50/14/11/2024/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8509
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne BTL EXILIS ELITE
Nr seryjny:	71500B007182
Data sporządzenia wyceny:	27-11-2024



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

Przedmiot wyceny

W dniu 18.11.2024 r. przeprowadzono oględziny w miejscowości Worów 50B, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne BTL EXILIS ELITE, przeznaczone do leczenia otyłości poprzez kontrolowaną redukcję komórek tłuszczowych wywołaną za pomocą fal radiowych w połączeniu ultradźwiękowym. Znajduje zastosowanie w branży medycznej oraz kosmetycznej.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	BTL
Model:	EXILIS ELITE
Numer seryjny:	71500B007182
Czas pracy:	114 h
Zasilanie:	230 V
Waga:	30 kg
Rok produkcji:	2023
Wypożyczenie:	Głowica XP , nr seryjny: 215P0B007244, rok produkcji: 2023 Głowica duża, nr seryjny: 215L0B008857, rok produkcji: 2023

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono przy pomocy zastępczego przewodu zasilającego. Urządzenie uruchomiło się, głowice uruchomiły się. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – brak,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, paszportu technicznego, historii serwisowania, eksploatacji.

Stan urządzenia określa się jako dobry.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





