

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	103/11/03/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8515
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne EMED ARGO PLASMA
Nr fabryczny:	501965
Data sporządzenia wyceny:	20-03-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 13.03.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne EMED ARGO PLASMA bazujące na wykorzystaniu argonu, który w połączeniu z falami radiowymi tworzy plazmę argonową. Znajduje zastosowanie w branży kosmetycznej oraz medycznej w celu obkurczania tkanek miękkich i skóry.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	EMED
Model:	ARGO PLASMA
Numer fabryczny:	501965
Rok produkcji:	2022
Wyświetlacz:	10 "
Częstotliwość robocza:	333 kHz
Moc:	Monopolar CUT – 400 W Monopolar COAG – 200 W Bipolar CUT – 400 W Bipolar COAG – 400 W
Zasilanie:	230 V
Wypożyczenie:	Przewód zasilający Wózek SpectrumLine z szafką na butle argonowe do aparatów elektrochirurgicznych, nr seryjny: 510747, rok produkcji: 2022 Butla argonowa z reduktorem Kabel elektrody neutralnej

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie uruchomiło się, dokonano przejścia przez menu – nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- jednorazowe elektrody neutralne – brak,

- zestaw AP (rękojeść z kablem oraz elektrody argonowe) – brak,

Stan urządzenia określono jako dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, paszportu technicznego.

Na podstawie danych z oprogramowania oraz naklejki serwisowej przegląd techniczny ważny do 12.06.2025, poprzednie przeglądy wykonane: 20.06.2023 oraz 15.06.2024.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





