

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	178/15/04/2025/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8569
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne CLASSYS AQUAPURE
Nr fabryczny:	CAQ22E004
Data sporządzenia wyceny:	23-04-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 17.04.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne CLASSYS AQUAPURE przeznaczone do zabiegów dermabrazji, wyposażone w cztery specjalistyczne końcówki. Urządzenie umożliwia złuszczenie i oczyszczanie skóry, przy jednoczesnym nawilżaniu i odżywianiu, ujędrnianie dające efekty liftingu, redukcję drobnych zmarszczek. Znajduje zastosowanie w branży medycznej i kosmetycznej.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	CLASSYS
Model:	AQUAPURE
Numer fabryczny:	CAQ22E004
Rok produkcji:	2022
Wyświetlacz:	7 "
Wykorzystywane technologie:	Aquapeel, Elektroporacja, mikroprądy, chłodzenie/grzanie
Waga:	14 kg
Wymiary:	364x552x456 mm
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Podstawa z kółkami Włącznik nożny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie uruchomiło się, dokonano przejścia przez menu oraz uruchomiono wszystkie głowice – nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Stan urządzenia określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi.

Na podstawie danych z paszportu, urządzenie uruchomiono 14.07.2022r. Brak informacji odnośnie wykonywanych przeglądów technicznych. Brak ważnego przeglądu technicznego.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Paszport techniczny
3. Skrócona instrukcja użytkowania

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







